

SYP4110—I润滑脂宽温度范围滴点试验器按照GB/T 3498、ASTM D2265等标准来测定润滑脂宽温度范围滴点,即在规定的试验下,润滑脂达到一定的流动性的温度。

- 6个试验穴孔,可以同时进行试样测试
- 铝块炉加热,各穴孔的温度一致性好
- 控制温度可以任意设定并数字显示

测定结果重复性高

